

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Az EN ISO/IEC 17050-1 szabvány alapján)



DoC nr: 2023-00499 (Ver.: 1)

Mi, a NEDIS, mint gyártó kijelentjük, hogy ezt a megfelelőségi nyilatkozatot kizárólagos felelősségünkre adjuk ki,
és az alábbi termékekhez tartozik

a márka: **Nedis**

és gyártott: **China**

NEDIS cikkszám	NEDIS cikk neve
HCBL400WT	Vérnyomásfigyelő

A FENT ISMERTETETT NYILATKOZAT TÁRGYA MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖZÖSSÉGI HARMONIZÁCIÓS JOGSZABÁLYNAK:

Tárgy	Irányelv / rendelet	(Harmonizált) szabvány
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2014/30/EU	EN 60601-1-2:2015 + A1:2021
Medical Devices Directive (MDD)	(EU) 2017/745	EN 1060-1:1995 + A1:2002 + A2:2009 EN 1060-3:1997 + A1:2005 + A2:2009 EN 1060-4:2004 EN 60601-1-11:2015 EN 60601-1-6:2010 + A1:2015 EN 60601-1:2006 + AC:2010 + A1:2013 + AC:2014 + A2:2014 EN 62304:2006 + AC:2008 + A1:2015 EN 62366:2008 + A1:2015 EN 980:2008 EN ISO 10993-1:2009 + AC:2010 EN ISO 10993-10:2013 EN ISO 10993-5:2009 EN ISO 13485:2016 + AC:2018 EN ISO 14971:2012 + EN ISO 15223-1:2016 EN ISO 15223-1:2012 + EN ISO 15223-1:2016 EN ISO 81060-1:2012 EN ISO 81060-2:2014 + EN ISO 81060-2:2019

RoHS	2011/65/EU + (EC) 2015/863	EN 50581:2012 EN 62321:2009 EN IEC 63000:2018
------	-------------------------------	---

A NYILATKOZATOT A KÖVETKEZŐ SZEMÉLY NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ÍRTÁK ALÁ:

A kiállítás helye és dátuma: **'s-Hertogenbosch, 2023.02.20**

Név, beosztás : **Gard Moors**, Compliance & Quality manager NEDIS

A társaság neve : **NEDIS**

Aláírás:


 De Tweeling 28 - 5215MC
 P.O. Box 70509 - 5201CL
 's-Hertogenbosch, The Netherlands
 +31 (0)73 - 599 1055
 www.nedis.com